

**Area Governo Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
Ufficio Acquisizione Farmaci e Diagnostici**

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**

**FORNITURA DI UN SISTEMA MACCHINA REATTIVI PER L'ESECUZIONE DI  
ANTIBIOGRAMMI FENOTIPICI RAPIDI PER LE NECESSITÀ DI 24 MESI DELLA  
UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN  
CAMILLO FORLANINI.**

Ai sensi degli artt. 50 e 77 del D. Lgs. 36/2023, l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini intende avviare un'indagine di mercato finalizzata a conoscere se esistano Ditte presenti sul mercato in grado di offrire il sistema richiesto, qualitativamente e funzionalmente equivalente sotto il profilo tecnico a quello descritto nell'Allegato A.

Il presente avviso esplorativo, nel perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, è pertanto funzionale all'indagine conoscitiva del mercato svolta per confermare l'esistenza dei presupposti che consentano il ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti pubblici, ovvero ad individuare l'esistenza di soluzioni equivalenti per l'affidamento di quanto richiesto, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici.

**1. Descrizione**

La fornitura richiesta, lotto unico indivisibile, presenta le caratteristiche tecniche indispensabili e i requisiti minimi obbligatori descritti nell'Allegato A del presente Avviso.

Il valore complessivo presunto per mesi 24 è pari a € 70.000,00 Iva esclusa (Reattivi + Noleggio strumentazione).

L'indicazione specifica del sistema descritto nell'Allegato A ha il solo scopo di permettere ad eventuali Ditte presenti sul mercato di offrire sistemi simili qualitativamente e funzionalmente equivalenti ai sensi dell'art. 79 e dell'art. 1, co. 1, lett. b), Allegato II.5, del D. Lgs. 36/2023.

**2. Criterio di selezione**

Il criterio di scelta per l'affidamento della fornitura di cui trattasi è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base agli elementi prezzo/qualità (30/70).

All'esito della presente indagine di mercato, questa Azienda definirà la procedura da attivare per l'acquisizione della fornitura, riservandosi la facoltà di avviare una procedura di gara con il concorso di una pluralità di offerte, così come disciplinato ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) e e) del Codice dei contratti pubblici.

### 3. Documentazione richiesta e requisiti di partecipazione

Le Ditte potranno inoltrare apposita manifestazione di interesse (e successivamente partecipare alla procedura di affidamento che avverrà a seguito dell'invito a presentare offerta da parte dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini), inviando **entro il termine perentorio di scadenza** di cui al successivo punto 4:

- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti di ordine morale e professionale, all'assenza delle cause di esclusione e della regolarità degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- Schede tecniche del sistema macchina reattivi che si intende offrire, corredate da dichiarazione esplicativa e dettagliata attestante l'equivalenza qualitativa e prestazionale dello stesso alle esigenze per le quali è richiesta la fornitura, nonché studi scientifici, tecnici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza tecnico funzionale.

La manifestazione di interesse **non dovrà contenere in alcun modo elementi riconducibili all'offerta economica.**

### 4. Modalità di partecipazione

Gli interessati possono far pervenire la manifestazione di interesse debitamente sottoscritta e firmata digitalmente dal Titolare o Legale Rappresentante della Ditta, con acclusa tutta la documentazione sopra descritta, esclusivamente sul portale STELLA entro il **termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16 febbraio 2024**, indicando l'oggetto: FD24/AG2 "Manifestazione di interesse all'Avviso di indagine di mercato per acquisizione di un Sistema Macchina Reattivi per l'esecuzione di Antibigrammi fenotipici rapidi per le necessità di 24 mesi della UOC Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini".

Si fa presente che gli inviti verranno effettuati esclusivamente tramite la piattaforma STELLA della Regione Lazio all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/portale/>. Le Ditte che vorranno partecipare dovranno quindi essere iscritte su detta piattaforma.

### 5. Altre informazioni

Il presente avviso è finalizzato ad una ricerca di mercato per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di Ditte, se esistenti, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le Ditte, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

Le eventuali manifestazioni di interesse manifestate non sono in alcun modo vincolanti per questa Azienda Ospedaliera che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine conoscitiva.

Ogni informazione e/o chiarimento relativo al presente avviso potrà essere richiesto a mezzo mail all'indirizzo [benieservizi@scamilloforlanini.rm.it](mailto:benieservizi@scamilloforlanini.rm.it), **entro e non oltre 5 giorni** dalla sua scadenza. Il presente avviso è pubblicato, per un periodo di quindici giorni, nella sezione Bandi di gara dell'Azienda Ospedaliera.

### 6. RUP

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Paolo Farfusola.

Roma, li 31/01/2024

<b>ALLEGATO A</b>		
<b>Sistema macchina reattivi automatico per antibiogramma fenotipico rapido direttamente da flacone di emocoltura positiva</b>		
<b>ESAMI RICHIESTI</b>		
<b>Descrizione test</b>	<b>Numero test/anno</b>	<b>Frequenza di esecuzione</b>
<b>ANTIBIOGRAMMI PER BATTERI GRAM NEGATIVI</b>	<b>200</b>	<b>7gg /7gg</b>
<b>Controlli, calibratori e materiali di consumo</b>		
Reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo in quantità adeguata all'esecuzione del numero di test sopra indicati, necessari per tutte le fasi analitiche		
<b>STRUMENTAZIONE RICHIESTA</b>		
N.1 strumento automatico, nuovo, di ultima generazione, compatto, da banco, che consenta la massima automazione per l'esecuzione dell'antibiogramma		
<b>REQUISITI MINIMI STRUMENTAZIONE E REATTIVI (da possedere tutti pena l'esclusione)</b>		
1	Strumentazione e reagenti con marcatura CE IVD	
2	Interfacciamento della strumentazione con il LIS gestionale del Laboratorio (Dedalus) attualmente in uso presso la UOC di Microbiologia e Virologia	
3	Tempo massimo di esecuzione del test con produzione dei risultati entro 6 ore dalla dispensazione iniziale del campione	
4	Sistema automatico con intervento dell'operatore limitato alla sola fase di preparazione del test	
5	Kit completi di tutti i reagenti e consumabili necessari all'esecuzione dei test	