

*Area Governo Risorse Strumentali
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio Dispositivi e Protesi*

INDAGINE DI MERCATO

FORNITURA DI SISTEMI RISCALDANTI PLURIUSO PER LA PREVENZIONE DELL'IPOTERMIA PERIOPERATORIA PER LE ESIGENZE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI.

L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini intende avviare un indagine di mercato, disciplinata dall'Allegato II.1. art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e finalizzata a verificare il numero potenziale di operatori economici presenti sul mercato, in grado di offrire i prodotti richiesti, al fine di procedere ad un affidamento ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 36 del 31/03/2023.

Tale avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento e non ha valore vincolante per l'Amministrazione.

1. Descrizione

**Fornitura di n. 4 materassini pluriuso aventi le caratteristiche indicate nell'allegato "A".
L'importo della fornitura a base d'asta è pari ad Euro 38.000,00 + IVA**

2. Criterio di selezione

Il criterio di selezione finalizzato alla scelta dell'operatore economico per l'affidamento della fornitura di cui trattasi sarà quello del minor prezzo previo giudizio di conformità tecnica.

2. Requisiti

Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione di interesse devono presentare relazione, documentazione tecnica e proposte operative, devono, altresì, essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale ed essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale, di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini si riserva in ogni caso di integrare il numero degli operatori da invitare, nel rispetto dei principi di concorrenza e di massima partecipazione.

3. Contenuti minimi delle proposte tecniche

Gli operatori economici interessati dovranno inviare, entro il termine di scadenza indicato nel portale STELLA:

- schede tecniche del prodotto;
- dichiarazione in merito all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'istanza non dovrà contenere in alcun modo elementi riconducibili all'offerta economica, dal momento che il presente avviso è finalizzato a ricevere unicamente istanze da parte di operatori economici idonei all'eventuale procedura di gara.

L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico.

Pertanto gli operatori economici qualora manifestassero interesse per tale indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento dell'eventuale fornitura.

4.Modalità di partecipazione

Gli interessati possono far pervenire la documentazione sopra descritta, attraverso il portale STELLA della Regione Lazio entro i termini indicati nella piattaforma.

5.Altre informazioni

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta attraverso il portale suindicato, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione. Il presente avviso è pubblicato, per un periodo di quindici giorni, nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Stazione Appaltante, dandone informativa sulla home page del portale web della Stazione Appaltante.

- INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "Regolamento") l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (di seguito anche "Azienda" o " Titolare") in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rende note le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente procedura.

I dati personali conferiti dagli interessati, mediante la compilazione dei moduli predisposti dal Titolare e l'inoltro della documentazione dallo stesso richiesta, saranno trattati dall'Azienda esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla presente procedura.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l'operatore economico, se intende partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati forniti saranno trattati dall'Azienda in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento ed in particolare mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

L'Azienda potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali casi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi.

Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.

Gli interessati potranno esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata

all'Azienda, Titolare del Trattamento, presso la sede sita in Cir.ne Gianicolense 87 - 00152 Roma, oppure al Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati Personali) SCUDO PRIVACY S.r.l., C.F. / P.IVA 14769431009, con sede legale in via Cesare Fracassini, 25, 00196 Roma (RM), nella persona dell'Avv. Sarah Masato, raggiungibile tramite i seguenti contatti:

tel.: 06/3221675,

email: s.masato@scudoprivacysrl.com,

PEC: scudoprivacy@legalmail.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).


7.RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola.

Il RUP

Firmato

Dott. Paolo Farfusola



AUEGATO "A"

SISTEMI RISCALDANTI PLURIUSO

N.4 Materassini pluriuso con le seguenti caratteristiche:

- materassini in schiuma viscoelastica associata ad un polimero di carbonio, radiotrasparenti con rivestimento resistente, sicuri e facili da pulire e disinfettare, realizzati per contrastare l'ipotermia peri-operatoria e prevenire le lesioni da decubito;
- dimensioni di almeno 50 cm di larghezza e 150 cm di lunghezza, preferibile 180 cm.
- il sistema dovrà consentire un collegamento simultaneo di diversi elementi riscaldanti, almeno tre, controllati in modo indipendente così da riscaldare la superficie del corpo in appoggio sul tavolo operatorio e le superfici scoperte con altre copertine;
- l'unità riscaldante a basso voltaggio con range di riscaldamento tra 30°C e 40°C con step di 0,1°C in modo da raggiungere la temperatura di 37 °C in pochi minuti;
- dotata di interfaccia/display LCD TOUCH dal quale settare la temperatura di utilizzo e monitorare la temperatura del paziente con un'apposita sonda cutanea;
- dotato di multipli sensori di temperatura, almeno 10, posizionati all'interno degli elementi riscaldanti; di allarmi acustici e visivi per monitorare l'assenza di alimentazione, la temperatura, i guasti di sistema, il malfunzionamento e/o la disconnessione dell'elemento, la massima temperatura con un blocco di sicurezza al raggiungimento di 42°C
- fornito di cavi di collegamento tra la centrale e il materassino maggiori di 2 metri di lunghezza.

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: economato@scf.gov.it – Ufficio Gestione Beni Economici tel.0658706232 - fax: 06 58706503